



“ИКИС СЛ” ООД - София 1346,
с.Волуяк ул. Бел камък №9,
тел. +359 2 979 97 90,
факс +359 2 973 22 09
e-mail: office@ikis-sl.com,
web site: www.ikis-sl.com

ПРОТОКОЛ

от изпитване

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: Измерване на излъчване на радиация извън уред
„AIR STRIKE 2020“

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ: Измерване с уред за UV-C радиация
“SOLARMETER MODEL 8.0” - Ser.№: 01514,
с калибровъчен сертификат от дата: 25.04.2020г.

КОЛИЧЕСТВО ИЗПИТВАНИ ОБРАЗЦИ: 1 бр.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: „ИКИС СЛ” ООД - София 1346, с.Волуяк ул. Бел камък №9,
тел. +359 (2) 979 97 90, e-mail: office@ikis-sl.com,
web site: www.ikis-sl.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ: Извън корпуса на уреда не е отчетено ултравиолетово
лъчение и може да се използва в присъствие на хора и
животни.

ДАТА НА ИЗПИТВАНЕ : 09.09.2020г.

ИЗВЪРШИЛ ИЗПИТАНИЕТО:

/дипл.инж. Филип Шкембов/

